

Til: Almen praksis, Endokrinologisk Afdeling M, Fælles Akutmodtagelse, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Hudafdeling I, Hæmatologisk Afdeling X Neurologisk Afdeling N, Onkologisk Afdeling R, Urinvejskirurgisk Afdeling L, OUH, Odense

Vedrørende analyserne for:

Koriogonadotropin+beta[HCGtumor];P og Koriogonadotropin+beta[HCGgravid];P

Vi har fået information fra reagensproducenten (Roche), som efter interne undersøgelser af usikkerheden i analysernes lave område, har øget kvantificeringsgrænsen fra 0,3 IU/L til 0,6 IU/L.

Dette betyder, at med virkning fra den 02.02.2023 vil nedre svargrænse for analyserne være:

RSD03336 Koriogonadotropin+beta[HCGtumor];P 0,6 IU/L

NPU19579 Koriogonadotropin+beta[HCGgravid];P 0,6 IU/L

Ændringerne af de nedre svargrænser sker i harmonisering med Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Svendborg Sygehus, der benytter samme analyser.

Referenceintervallet er uændret.

Kontakt os gerne, hvis der er spørgsmål.

Venlig hilsen

Anette Bergstedt

Faglig specialist
Blodprøver og Biokemi
anette.bergstedt@rsyd.dk
Tlf. 21 76 10 35

Martin Overgaard

Biokemiker
Blodprøver og Biokemi
martin.overgaard@rsyd.dk
Tlf. 51 42 12 11

Jesper Farup Revsholm

Specialeansvarlig, ledende overlæge
Blodprøver og Biokemi
jesper.farup.revsholm@rsyd.dk
Tlf. 23 23 74 62