

KBA Information OUH Svendborg

Til Kliniske afdelinger, alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger i KBA Svendborgs optageområde

Vedr. fejlbehæftede resultater på Lithium-ion i plasma

Vi har desværre opdaget en fejl i analysen af "P-Lithium;stofk.=? mmol/L NPU02613".

Fejlen har medført, at der er afgivet fejlbehæftede analyseresultater i perioden 12/3-2026 til 21/4-2026 fra det ene af vores to instrumenter. Analyseresultaterne kan både være falsk for lave og falsk forhøjede. Blodprøver analyseret efter d. 21/4-2026 er ikke påvirket.

Som anført er ikke alle analyseresultater fra perioden påvirkede. De resultater, der er fejlbehæftede, vil blive erstattet af en kommentar. Af hensyn til historik vil det fejlbehæftede resultat fortsat kunne ses ved at holde musens markør over resultatfeltet.

Vi opfordrer til klinisk vurdering og evt. ny prøvetagning for de patienter, som kan være berørt af denne situation.

Vi beklager meget de gener, dette måtte medføre.

Venlig hilsen

Afdelingsledelsen

Klinisk Biokemisk Afdeling

Svendborg Sygehus, OUH

Kontaktpersoner:

Kemiker Helle Glud Binderup, Tlf. 51 64 43 79

Afdelingslæge Anne-Sofie Allermann Faarvang, Tlf. 29 63 13 67